



# Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, IČ 00064165

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

V Praze, dne

VFN/001008/2012

Mgr. Zahálka

12.1.2012

## Věc: Dodatečné informace

Veřejná zakázka: **VZ: Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze I – přístroje pro interní a chirurgické obory**

sp.zn. VZ-36/2011

evd.č. 7000000001863

## Dodatečné informace:

### Upřesnění 1.

#### *Znění dotazu*

*V ZD u položky č. 3. - Digitální multimediální systém integrovaného endoskop. sálu je v zadání na straně č. 2 je u položky č.3 uveden počet kusů 2.*

- 1) Chceme se ujistit, že počet 2 kusů znamená dodávku 1 ks vybavení pro operační sál a 1 ks serverového racku, který slouží pro ovládání operačního sálu?*
- 2) Jedná se o dodávku pro jeden operační sál, jak vyplývá z detailního popisu na str.7 ZD?*

#### **Odpověď:**

**Ano**, skutečně se jedná o vybavení jednoho operačního sálu, jak je v detailním popisu. **Ano**, počet 2 kusů je opravdu míněn tak, jak neformální dotaz naznačuje, tedy pro lepší orientaci je předmět popsán jako kusy dva – vybavení sálu a zařízení vně sálu samotného.

### Upřesnění 2.

#### *Znění dotazu*

*V ZD k položce č. 16 – Laparoskopická sestava:*

- 1) Insuflátor, průtok 35 l/ min – Je možné se účastnit veřejné zakázky s insuflátorem, který je schopen dodávat v max. módu 30 l/min? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
- 2) Insuflátor, integrovaná funkce odsávání kouře - Je možné se účastnit veřejné zakázky s insuflátorem, který má tuto funkci řešenou externím zdrojem? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
- 3) Irigační a odsávací pumpa, v ZD se jedná o dva samostatné přístroje - Je možné se účastnit veřejné zakázky s irigační a odsávací pumpou, která není rozdělena zvlášť na irigační a odsávací pumpu, ale nabízí technologicky vyspělejší a ekonomičtější řešení tzn. je zabudována v jednom přístroji? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
- 4) Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu umožňující i bipolární endoresekcce ve fyziologickém roztoku, bod 0 – 300 W - Je možné se účastnit veřejné zakázky s*

- koagulační jednotkou s lepšími parametry tj. rozsah výkonu od 0 - 400W? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?
- 5) *Laparoskopická optika – videolaparoskop, resterilizace kamerové hlavy - Je možné se účastnit veřejné zakázky s kamerovou hlavou resterilizovatelnou nízkotepečně? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
  - 6) *Monitor, LCD monitor s úhlopříčkou 26'', vstup a výstup - Je možné se účastnit veřejné zakázky s monitorem, který obsahuje rozhraní DVI kvalitativně vyšší s než SDI (HD/SD)? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
  - 7) *Monitor, LCD monitor s úhlopříčkou 26'', váha - Je možné se účastnit veřejné zakázky s technologicky vyspělejším monitorem vážícím více než deklarovaných 8 kg? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
  - 8) *Světelný zdroj, xenonový zdroj studeného světla, záložní lampa halogenová 12 V/ 35 W - Je možné se účastnit veřejné zakázky s technologicky jiným řešením zdroje světla bez záložní halogenové lampy? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*
  - 9) *Ultrazvukový skalpel včetně příslušenství a nástrojů - Je možné se účastnit veřejné zakázky v části 16 pouze s Laparoskopickou věží tj. bez ultrazvukového skalpelu s nástroji? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ? Bude ultrazvukový skalpel hodnocen zvlášť mimo laparoskopickou věž tj. jako dílčí záležitost?*
  - 10) *Videoprocessor s klávesnicí - Je možné se účastnit veřejné zakázky s videoprocessorem, který uvedené zadání řeší technologicky jiným způsobem, je zcela plnohodnotný a splňuje daný medicínský účel, pouze se liší v detailních parametrech? Nebude kvůli tomu naše nabídka automaticky vyřazena z hodnocení VZ?*

#### **Odpověď:**

Zadavatel v zásadě **ve všech bodech kromě bodu 9 souhlasí** s navrhovaným způsobem alternativního řešení, neboť se vždy jedná o řešení, které zachovává uváděný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití. Takové řešení je tedy v souladu se ZD (a to samozřejmě i vzhledem k povaze instrumentu *požadavků na výkon nebo funkci*, tak, jak je pojímán zákonem o veřejných zakázkách).

Ad. 9) **Zadavatel požaduje ultrazvukový skalpel jako součást sestavy** a nabízená sestava bude hodnocena jako celek. Požadavek na resterilizovatelnost koncovek je dán ekonomikou provozu a není primárně spojován s výrobcem (na trhu je více než 2 uvádění výrobců).

#### **Upřesnění 3.**

##### ***Znění dotazu***

- 1) ***U položky č. 10 – Videoduodenoskop a 11 – Videokolonoskop*** požaduje zadavatel zajištění kompatibility s výrobky Olympus. Připouští zadavatel dodávku uceleného systému (videoprocessor se zdrojem světla a endoskop) i od jiných výrobců s obdobnými technickými parametry a při dodržení shodného medicínskému určení těchto zařízení, tak aby byla zajištěna plná funkčnost nabízených endoskopů?
- 2) ***U položky č. 10 – Videoduodenoskop*** bude zadavatel akceptovat retro úhel 10° a rozsah ohybu doleva 105° jako obdobné technické řešení vhodné pro daný medicínský účel s odkazem na dotaz č. 1?
- 3) ***U položky č. 11 – Videokolonoskop*** zadavatel akceptovat průměr zaváděcího tubusu 13,2 mm jako obdobné technické řešení vhodné pro daný medicínský účel s odkazem na dotaz č. 1?
- 4) ***U položky č. 3 – Digitální multimediální systém endoskopického sálu*** je požadováno začlenění jednotky UCESII a 15'' dotykové obrazovky. Tyto jednotky pracují pouze se systémem EndoALPHA výrobce Olympus. Je možné nahradit tyto prvky obdobnými

*tak, aby bylo možné dodat jiný systém než EndoALPHA výrobce Olympus při zachování obdobné funkčnosti?*

- 5) *U položky č. 3 - Digitální multimediální systém endoskopického sálu požaduje uchazeč prohlídku místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s 140 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.*

**Odpověď:**

K dotazu č. 1

– Zadavatel souhlasí, pokud uchazeč nabídne endoskop stejných požadovaných parametrů i se zdrojem světla a procesorem.

K dotazu č. 2

– Zadavatel trvá na hodnotě parametru uvedeném v zadávací dokumentaci. Retro úhel 10 st. nelze akceptovat, jedná se o velmi důležitý parametr zpětného pohledu, který je pro funkci přístroje zásadní.

K dotazu č. 3

– Zadavatel trvá na hodnotě parametru uvedeném v zadávací dokumentaci. Širší tubus nelze akceptovat, požadavek je na co nejtenčí, protože tento parametr ovlivňuje ohyby přístroje.

K dotazu č. 4

– Odpověď: Zadavatel trvá na podmínce kompatibility se stávajícím systémem, především kvůli implementaci současného laparoskopického vybavení do jednoho funkčního celku. Řídicí jednotka může mít jiný název, ovšem s totožnou funkcí a se zachovaným ovládním pomocí dotykové obrazovky.

K dotazu č. 5

– Zadavatel prohlídku místa nepovažuje za nutnou, ostatně žádný další dodavatel o její uspořádání nepožádal a vzhledem k závazným termínům veřejné zakázky se rovněž jedná o požadavek značně problematický.



.....  
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,  
ředitelka VFN