



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, IČ 00064165

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

V Praze, dne

OVZ/313/11

Mgr. Zahálka

23.12.2011

Věc: Dodatečné informace

Veřejná zakázka: **VZ: Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze II – přístroje pro interní a chirurgické obory**

sp.zn. VZ-36/2011
evid.č. 7000000001863

Dodatečné informace:

Upřesnění 1.

Znění dotazu

V zadávací dokumentaci je uvedena pro přístroj č. 1 ZD (Přístroj pro terapii ran řízeným podtlakem) předpokládaná maximální cena 300 tis. Kč.

Je stanovena také minimální cena, kterou je třeba respektovat?

Odpověď:

V rámci veřejné zakázky není stanovena ani maximální ani minimální hodnota dané části veřejné zakázky. Je stanovena pouze předpokládaná hodnota dané části veřejné zakázky.

Upřesnění 2.

Znění dotazu


V technické specifikaci u přístroje č. 5 ZD (Přístroj pro umělou plicní ventilaci) je požadována funkce Standby. Umožní zadavatel, aby tato funkce byla nahrazena možností vypnout přístroj a po uplynutí času potřebného k manipulaci s pacientem jej opět zapnout s tím, že se přístroj sám zkontroluje a aktivací režimu „přijmout předchozího pacienta“ pokračuje ve ventilaci se stejnými parametry jako před vypnutím. Zůstávají zachována veškerá data a nastavení.

Odpověď:

Zadavatel **akceptuje** náhradu této funkce popsáním způsobem.

Upřesnění 3.

V bodě 10.4. zadávací dokumentace upravuje zadavatel požadavek na „rozhodné období“ a **text „za poslední 2 účetní období“ nahrazuje**, v souladu se zněním § 56 odst.1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, **slovy „v posledních 3 letech“**.


.....
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
ředitelka VFN

