



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Projekt CZ.2.16/3.1.00/24018

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

V Praze dne 03.02.2012

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám (č. 8-11) – VZ č. 11/33 „Dodávka technického vybavení pro Centrum aplikované bioimplantologie FNKV“

Z pověření zadavatele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, se sídlem Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173, Vám zasíláme odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce č. 11/33 s názvem „Dodávka technického vybavení pro Centrum aplikované bioimplantologie FNKV“ zadané v otevřeném řízení.

Dotaz č. 8

Položka 1.2.3.3 – Síťové propojení přístrojů a zařízení 1.2.3.3 s centrálním výstupem pro monitoring

Na základě této specifikace nelze určit nabídkovou cenu. Žádáme proto o přesné vyspecifikování této položky.

Odpověď

Zadavatel požaduje monitoring teploty a koncentrace CO₂ v inkubátorech a monitoring teploty v chladničkách a mrazničkách.

Dotaz č. 9

Položka 1.2.4.1 – Laboratorní stoly

Je u této položky zadavatelem požadována specifická povrchová úprava?

Odpověď

Zadavatel požaduje povrchovou úpravu umělý kámen.

Dotaz č. 10

Položka 1.2.4.3 – Laboratorní skříně

Bude zadavatelem akceptováno provedení výrobků v postformingu?

Odpověď

Ano, zadavatel akceptuje provedení výrobku v postformingu.

Dotaz č. 11

Položka 2.2.1.1 – Hybridní izolátory – Izolátorové pracoviště


Musí nabízené izolátory splňovat parametry správné výrobní praxe dle vyhlášky SUKL VYR 32 ve znění jejích doplňků?

Odpověď

Ano, zadavatel požaduje splnění parametrů dle vyhlášky SUKL VYR 32 ve znění jejích doplňků.

S pozdravem

CQB - Consult, s.r.o.
Prvního pláka 12a, Praha 8
tel.: 222 314 592, fax: 222 310 022
DIČ: CZ25100921
reprezentace DR MS Praha - O 49313


.....
Ing. Jan Chalupa, CSc.
z pověření zadavatele

